

## Kính gửi: Các nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm “Mua sắm Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng sử dụng xi măng độ nhớt thấp, thời gian làm việc dài” với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 1 Đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh phúc, tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Kim Công Thường, Phó Trưởng phòng Vật tư - Trang Thiết bị Y tế.

Số điện thoại: 0382068965.

Email: [tomuasambvdkvp@gmail.com](mailto:tomuasambvdkvp@gmail.com).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- **Nhận bản giấy báo giá:** các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (**ghi trên bao bì báo giá**):

Phòng Vật tư - Trang Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 1 Đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh phúc, tỉnh Phú Thọ

- **Đồng thời gửi qua email:** [tomuasambvdkvp@gmail.com](mailto:tomuasambvdkvp@gmail.com) (File scan báo giá +File excel/Word báo giá + File scan màu các tài liệu liên quan).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16h30 ngày 03/4/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03/4/2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. **Danh mục:** Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng sử dụng xi măng độ nhớt thấp, thời gian làm việc dài.

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu về cấu hình	Đơn vị	Số lượng
1	Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sóng có bóng sử dụng xi măng độ nhớt thấp, thời gian làm việc dài	Thành phần mỗi bộ bao gồm:	Bộ	35
1.1	Kim chọc dò cuống sóng	- Kim chọc dò cuống sóng 11G, gồm vỏ và nòng. - Kim có chiều dài hoạt động 120mm, chiều dài toàn bộ 171mm. - Hai kim đóng vô trùng kèm một kim khoan. Tiêu chuẩn chất lượng CE Xuất xứ G7	Cái	70
1.2	Bóng nong thân đốt sóng	- Bóng nong thân đốt sóng áp lực tối đa 400 PSI (~27ATM) Tiêu chuẩn chất lượng CE Xuất xứ G7	Cái	70
1.3	Bơm bóng	- Bơm bóng dùng đồng hồ dạng analog Tiêu chuẩn chất lượng CE Xuất xứ G7	Cái	70
1.4	Kim chọc bơm xi măng	- Kim dài 182mm, gồm vỏ và nòng - Vỏ có đường kính ngoài 3.00mm, đường kính trong 2.15mm - Nòng có đường kính 2.0mm. - Đi kèm là xi lanh dung tích 2.5ml Tiêu chuẩn chất lượng CE Xuất xứ G7	Cái	210
1.5	Bơm áp lực đẩy xi măng (có tính năng trộn)	- Bộ trộn xi măng dung tích 90cc, sử dụng bi lắc. Tiêu chuẩn chất lượng CE Xuất xứ G7	Bộ	35
1.6	Xi măng sinh học độ nhớt thấp, thời gian làm việc dài	Gói Xi măng độ nhớt thấp, thành phần tối thiểu bao gồm: - Bột xi măng 26g (thành phần: 14.2g PMMA; 11.7g Zirconium dioxide; 0.1g Benzoyl peroxide; - Dung dịch pha xi măng 10ml (thành phần: Methyl methacrylate	Gói	35

		<p>9.35g; 0.05g N-N dimethyl-p-toluidine).</p> <p>- Thời gian trộn 30 giây, thời gian chờ 90 giây, thời gian làm việc 21 phút, thời gian đông cứng 11 phút ở 19 độ C</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng CE</p> <p>Xuất xứ G7</p>		
--	--	--	--	--

**Ghi chú:**

- Các yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá nêu tại Thư mời báo giá là bản mô tả yêu cầu tối thiểu, các đơn vị có thể chào thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

- Giá báo giá là giá trọn gói (đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển, thay thế và bảo hành).

**2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:** Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

- Thời gian giao hàng dự kiến: Giao thành nhiều lần, theo tiến độ từng lần gọi hàng, trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu từ Bệnh viện.

**3. Các thông tin khác**

- Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Hàng hóa có giấy tờ chứng nhận xuất xứ, packing list, tờ khai hải quan.

- Các đơn vị chào giá theo Mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm./.

Văn bản này thay thế văn bản số 49/YC-BVĐKVP ngày 20/3/2026 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TMS, HSGT (03 bản).

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Tịnh**

**Phụ lục**  
**BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Văn bản số /YC-BVĐKVP ngày /3/ 2026 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc)*

**Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc**

Trên cơ sở đề nghị báo giá của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tại Yêu cầu báo giá số: /YC-BVĐKVP ngày /, chúng tôi Công ty ..... báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

**1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan**

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có)	Thuế, lệ phí (nếu có)	Thành tiền)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									

**Ghi chú:**

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ, chi tiết thông tin theo yêu cầu tại Biểu trên và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh, mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có).
- Giá báo là giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước.

**2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày 03/4/2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].**

### **3. Chúng tôi cam kết**

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*