

Số: /YC-BVĐKVP

Phú Thọ, ngày tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Các nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm “Mua sắm vật tư can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 1 Đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh phúc, tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Kim Công Thường, Phó Trưởng phòng Vật tư - Trang Thiết bị Y tế.

Số điện thoại: 0382068965.

Email: tomuasambvdkvp@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- **Nhận bản giấy báo giá:** các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (**ghi trên bao bì báo giá**):

Phòng Vật tư - Trang Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 1 Đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh phúc, tỉnh Phú Thọ

- **Đồng thời gửi qua email:** tomuasambvdkvp@gmail.com (File scan báo giá +File excel/Word báo giá + File scan màu các tài liệu liên quan).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16h30 ngày 03/4/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03/4/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục: Vật tư can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026.

Stt	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng
1	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus, lớp phủ sinh học kép	<ul style="list-style-type: none"> - Khung bằng hợp kim - Có phủ thuốc trộn với polymer - Đường kính Stent từ $\leq 2.0\text{mm}$ đến $\geq 4.5\text{mm}$ - Chiều dài stent có loại $\geq 49\text{mm}$ - Đường kính khung stent nở tối đa: $\geq 6\text{mm}$ - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE 	1 cái/ hộp	Cái	35
2	Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE	<p>Bóng nong động mạch vành các cỡ, có phủ thuốc Paclitaxel hoặc sirolimus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính bóng tối thiểu từ $\leq 1.5\text{mm}$, đường kính bóng tối đa $\geq 4.5\text{mm}$. - Chiều dài khung tối thiểu $\leq 10\text{mm}$, chiều dài khung tối đa $\geq 40\text{mm}$. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE. 	1 cái/ hộp	Cái	10
3	Ống thông (Guiding Catheter) trợ giúp can thiệp động mạch vành	<p>Ống thông can thiệp mạch vành đầu tip cân quang mềm không chấn thương. Cấu tạo 3 lớp: lớp trong cùng là PTFE, lớp giữa là lớp lưới bện thép không gỉ, lớp ngoài cùng là lớp polymer. Đường kính trong 0.058", 0.071", 0.081" tương ứng 5F, 6F, 7F. Các loại đầu cong: ABU, XB, XBRCA, JL, JR, AL, AR, MPA. Có lựa chọn lỗ bên hoặc không.</p>	5 cái/ hộp	Cái	200
4	Dây dẫn đường can thiệp mạch vành phù hợp với nhiều loại tổn thương thông thường và phức tạp	<p>Dây dẫn trong can thiệp động mạch vành (guide wire) loại thông dụng (workhorse), lõi kép bằng nitinol, đầu xa có bện xoắn bằng kim loại, có phủ chất ái nước, khả năng điều hướng từ đầu gần đến đầu xa tỉ lệ 1:1. Đầu xa chịu lực $\leq 0,6\text{gf}$. Có loại sử dụng cho ca đi ngược dòng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính 0,014". Chiều dài từ 180 đến 190cm - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. 	5 cái/ hộp		50

Ghi chú:

- Giá báo giá là giá trọn gói (đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển, thay thế và bảo hành).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

- Thời gian giao hàng dự kiến: Giao thành nhiều lần, theo tiến độ từng lần gọi hàng, trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu từ Bệnh viện.

3. Các thông tin khác

- Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Hàng hóa có giấy tờ chứng nhận xuất xứ, packing list, tờ khai hải quan.

- Các đơn vị chào giá theo Mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm./.

Văn bản này thay thế văn bản số 50/YC-BVĐKVP ngày 20/3/2026 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TMS, HSGT (03 bản).

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tịnh

Phụ lục
BÁO GIÁ

(Kèm theo Văn bản số /YC-BVĐKVP ngày /3/ 2026 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

Trên cơ sở đề nghị báo giá của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tại Yêu cầu báo giá số: /YC-BVĐKVP. ngày tháng năm 2026, chúng tôi . Công ty báo giá cho các thiết bị y tế như sau như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có)	Thuế, lệ phí (nếu có)	Thành tiền)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									

Ghi chú:

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ, chi tiết thông tin theo yêu cầu tại Biểu trên và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh, mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có).

- Giá báo là giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 03/4/2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))