

Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm “Mua vật tư, sinh phẩm trong thời gian chờ kết quả thầu rộng rãi của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Ông Kim Công Thương, Phó Trưởng phòng Vật tư – Trang Thiết bị Y tế

- Số điện thoại: 0382.068.965

- Email: tomuasambvdkvp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- **Nhận bản giấy báo giá:** các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (**ghi trên bao bì báo giá**):

Phòng Vật tư - Trang Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ.

- **Đồng thời gửi qua email:** tomuasamdkvp@gmail.com (File scan báo giá + File Excel/Word + File scan màu các tài liệu liên quan)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 12h00 ngày 04/5/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04/5/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục: Vật tư, sinh phẩm trong thời gian chờ kết quả thầu rộng rãi của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026.

STT	Danh mục vật tư, hóa chất xét nghiệm	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Test nhanh chẩn đoán HBsAg	Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) có trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. - Độ nhạy $\geq 98,4\%$ - Độ đặc hiệu: $\geq 99,6\%$ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Test	3.000
2	Test phát hiện và phân biệt HIV1/2	Phát hiện định tính phân biệt các kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 và HIV-2 trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy $\geq 99,8\%$ - Độ đặc hiệu: $\geq 99,75\%$ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Test	1.000
3	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C	Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy: $\geq 98,7\%$ - Độ đặc hiệu: $\geq 99,4\%$ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Test	4.000
4	Test thử phát hiện kháng nguyên Rotavirus	Phát hiện định tính kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân của người. - Độ nhạy: $\geq 97,88\%$, - Độ đặc hiệu : $\geq 98,36\%$ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Test	300
5	Test nhanh chẩn đoán viêm đường	Phát hiện định tính kháng nguyên RSV có trong tã bông dịch tỵ hầu	Test	500

STT	Danh mục vật tư, hóa chất xét nghiệm	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	hồ hấp do RSV	hoặc dịch rửa/dịch hút ty hầu. - Độ nhạy: $\geq 92,45\%$ - Độ đặc hiệu: $\geq 98,44\%$ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương		
6	Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/IgM virus viêm gan A	Phát hiện định tính và phân biệt kháng thể IgG và IgM virus viêm gan A (HAV) trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Test	300
7	Kít thử ASO	Xét nghiệm định tính và xác định bán định lượng kháng thể kháng streptolysin O (ASO) có trong huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Test	100
8	Test thử đường huyết	Que thử đường huyết đo nồng độ đường huyết với mẫu máu toàn phần. Loại mẫu phẩm: máu mao mạch Cam kết cung cấp máy kèm theo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Test	30.000
9	Ống ly tâm 15 ml	Ống ly tâm dung tích 15ml, đáy nhọn, nắp vặn. Chất liệu nhựa PP, có độ trong để quan sát, có chia vạch thể tích. Nắp kín đảm bảo không bị rò rỉ khi để nằm và ly tâm. Chịu được lực ly tâm tối đa: $\geq 12.500g$ Tiệt trùng và không chứa chất gây sốt, Dnase/RNase. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	1.000

STT	Danh mục vật tư, hóa chất xét nghiệm	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
10	Cồn tuyệt đối (Ethanol)	Cồn tuyệt đối. Công thức hóa học: C ₂ H ₅ OH. Độ tinh khiết: ≥ 99,7%	Chai	02
Tổng cộng: 10 mặt hàng./.				

Ghi chú:

- Các yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá nêu tại Thư mời báo giá là bản mô tả yêu cầu tối thiểu, các đơn vị có thể chào thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

- Giá báo giá là giá trọn gói (đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển, thay thế và bảo hành).

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Số 1 Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao thành nhiều lần, theo tiến độ từng lần gọi hàng, trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu từ Bệnh viện.

4. Các thông tin khác

- Nhà thầu chào giá theo Mẫu báo giá theo Phụ lục đính kèm.

- Nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư sinh phẩm (Bản gốc và bản dịch Tiếng Việt) và các tài liệu liên quan khác.

- Phần mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về hàng hóa đề nghị Nhà thầu kê khai theo đúng thứ tự theo yêu cầu của báo giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TMS, HSGT (03b).

GIÁM ĐỐC**Lê Văn Tịnh**