Ký bởi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH PHÚC
Email: bvdkvp.soyte@phutho.gov.vn
Cơ quan: SỞ Y TẾ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Phụ lục I

MUA TỦ SẤY PARAFIN

(Kèm theo Văn bản số 378 /YC-BVĐKVP ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc)

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Nước sản xuất
1	**MUA TỦ SẤY PARAFIN**	Máy	01	Thông tin chung: - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất: 2026 trở về sau - Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485-2016 và ISO 9001-2015 Cấu hình cung cấp: - Thân tủ sấy có 2 cánh kính: 01 chiếc - Số lượng khay Inox đã có Paraffin: dài 315 x rộng 215 x sâu 45mm: 40 khay - Tủ sấy có 3 chế độ làm việc: Sấy tan chảy Paraffin Quạt làm Nhanh nguội Paraffin - Ủ paraffin Thông số kỹ thuật - Kích thước tổng thể của tủ: Dài 1010 x Rộng 870 x Cao 1460 mm. - Nhiệt độ sấy tối đa: 100°C - Công suất tiêu thụ của tủ: 6Kw - Điện áp làm việc: 220V, 50Hz.	Việt Nam